

南澳县广业环保有限公司文件

关于南澳县后江污水处理厂出水在线总氮 异常数据进行标识的报告

汕头市生态环境局：

2020年12月30日00:43~01:55总氮测量值为16.622mg/L，经检查水样管里面有黑色颗粒物，导致该时段测量异常，清洗管道后重新测量已恢复正常，请贵局对该时段出水总氮数据进行标识。

特此报告。



南澳县广业环保有限公司

2020年12月30日

抄送：汕头市生态环境局南澳分局

南澳县广业环保有限公司

关于南澳县后江污水处理厂出水在线 异常数据进行标识的报告

汕头市生态环境局：

2020年12月28日09:00~20:00南澳厂出水在线监测设备委托广州市怡文环保科技股份有限公司对出水COD、氨氮、总磷、总氮、pH进行手工比对，因此该时段数据为无效数据，请贵局对该时段出水在线各数据进行标识。

特此报告。



抄送：汕头市生态环境局南澳分局

南澳县广业环保有限公司文件

2020年12月28日印发

南澳县广业环保有限公司文件

关于南澳县后江污水处理厂出水在线总氮 异常数据进行标识的报告

汕头市生态环境局：

2020年12月27日06:45~08:16总氮测量值为15.117mg/L；12月27日22:45~12月28日0:02总氮测量值为16.714mg/L，经检查总磷总氮分析仪测量过程中盐酸注射器密封圈老化泄露，导致该时段总氮测量值异常，更换注射器及密封圈后重新测量已恢复正常，请贵局对该时段出水总氮数据进行标识。

特此报告。

南澳县广业环保有限公司

2020年12月28日

抄送：汕头市生态环境局南澳分局